

ANEXOS- LICITACIÓN PÚBLICA N° 1

Anexo II- FÓRMULA DE LA PROPUESTA

(Lugar y Fecha)

SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL

CDOR. IGNACIO PUGNALONI

S/D

El (o los) que suscribe (n), con domicilio físico constituido en.....
Ciudad de Henderson, provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio
electrónico en la siguiente casilla de correo electrónico.....en su
carácter de representante/s legal/les (o titular/es) de la/s empresa/s
(C.U.I.T.) se compromete/naaentregar una motoniveladora con
las especificaciones técnicas que se detallan en los anexos correspondientes ,
dentro del plazo de TREINTA (30) días por un monto
de PESOS Como garantía de esta Propuesta, se ha
efectuado....., de PESOS
(..... ,.) que cubre el UNO POR CIENTO (1%) del monto del
Presupuesto Oficial de la Obra.

Saluda (n) al Señor Intendente muy atentamente.

Firma

Anexo III- DECLARACIÓN JURADA EMPRESA

Modelo de declaración jurada de la empresa

Declaro bajo juramento que la Empresa

(Nombre dela Firma)

C.U.I.T. N° _____

a) No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad para contratar con el Estado

Provincial.

b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial.

c) No se halla en situación de quiebra.

d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) años.

d) No es evasora ni deudora impositiva y previsional.

e) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Licitadores

(Apoderado - Representante Legal)

ANEXO IV DECLARACION JURADA

N° DE CUIT: N° DE INGRESOS BRUTOS..... .

DENOMINACIÓN:

CALLE N° _.

PISO DEPTO

TE

LOCALIDAD CODIGO POSTAL.....,.... ,,

PROVINCIA

Declaro bajo juramento que la oferta presentada por la Firma mantiene/ no mantiene (tachar lo que no corresponda) deudas con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal de ninguna índole.

FECHA: / /

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipoy N° de Documento: Cargo:

ANEXO V

DECLARACION JURADA

N° DE CUIT: N° DE INGRESOS BRUTOS..... .

DENOMINACIÓN:

CALLE N°

PISO DEPTO

TE

LOCALIDAD CODIGO POSTAL.....,, ,,

PROVINCIA

Declaro bajo juramento que la Firma posee I no posee (tachar lo que no corresponda) juicios con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, En caso de poseer juicios con el Estado deberá adjuntarse una planilla con los datos del mismo (carátula, número de expediente, juzgado, jurisdicción)

FECHA: / /

Tipo y N° de Documento: Cargo:

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Anexo VI- MEMORIA DESCRIPTIVA

Los bienes a adquirir a través de licitación deberán tener las siguientes especificaciones técnicas:

1. Un sistema de tomografía computada multicorte, de última generación, para exploración de cuerpo entero incluyendo la cabeza del paciente.-
2. Sistema de al menos 32 cortes reales, por giro completo de 360°.-
3. Mínimo espesor de cortes no superior a 0,75mm.-
4. El ancho del detector deberá ser de por lo menos 22mm.-
5. Tiempo mínimo de rotación para exploraciones helicoidales y axiales no superior a los 0,8 segundos.-
6. Campo de visión no inferior a 500mm.-
7. Garganta de exploración con una apertura de por lo menos 700mm el cual permita una angulación de +/-.-
8. Camilla con descenso de al menos 650mm del piso facilitando posicionamiento del paciente. Carga máxima permitida no inferior a 200kg.-
9. Sistema deberá ser capaz de realizar los movimientos del tablero superior de la camilla en forma manual en caso de emergencia.-
10. Sistema con comunicación verbal bidireccional con el paciente mediante intercomunicador.-
11. Generador de rayos X de exposición continua de por lo menos 28kw.-
12. Tensiones de trabajo con ajuste entre valores aproximados a mínimo 80kv y máximo 140kv.-
13. El tubo de rayos X deberá poseer una capacidad de almacenamiento calórico en ánodo mayor o igual a 8 MHU.-
14. Velocidad de enfriamiento no inferior a los 800khu/minuto.-
15. La corriente de ánodo deberá ser comprendida al menos entre 20mA y 400 mA nominal y hasta más de 800mA con algoritmo de reconstrucción equivalente.-
16. Máximo rango explorable no deberá ser inferior a 1500mm.-
17. Máximo velocidad de reconstrucción de imágenes no inferior a las 20 imágenes pr segundo.-
18. Sistema con técnica de seguimiento de bolo (bolus tracking).-
19. Sistema con técnicas de minimización de dosis de radiación.-
20. Sistema con técnica de reconstrucción interactiva.-
21. Sistema de reducción de artefacto metálico.-
22. Deberá poseer modulación de los mas de manera que, en forma automática, calcule y modifique la técnica de exploración para optimizar la dosis de radiación suministrada al paciente.-
23. Deberá poseer protocolos de examen tanto para pacientes adultos como pediátricos. En estos últimos deberán estar categorizados en función del peso y/o la edad del paciente.-
24. La matriz de reconstrucción deberá ser de 512 x512 o superior.-
25. Sistema con disco de almacenamiento mínimo de 480gb de capacidad.-
26. Deberá contar además con una unidad de DVD como medio de archivo alternativo.-
27. El sistema deberá ser compatible con la norma DICOM 3.0 o superior para su interconexión en la red hospitalaria.-
28. Deberá soportar y tener habilitado al menos los siguientes servicio DICOM:

DICOM STORAGE SCU
DICOM STORAGE SCP
DICOM MWM
DICOM PRINT

29. Consola de Tomógrafo deberá poseer un monitor de visualización de pantalla plana LCD color mínimo de 19". Deberá admitir de formatos de al menos 1280 x 1204 pixeles.-
30. Deberá incluir mobiliario necesario para la consola de operación para técnicos.-
31. Consola del tomógrafo deberán estar incluida las siguientes funciones básicas:
 - Reconstrucción multiplanar (MPR).-
 - Imagen de proyecciones de máxima intensidad (MIP).-
 - Imagen de proyección de mínima intensidad (Min-IP).-
 - Reconstrucción en 3 D.-
 - Análisis de vasos (vessel análisis).-
32. Funciones de impresión de pelicular, funciones de cine, zoom, rotación, simetría de imágenes, anotaciones, mediciones de densidad, longitudes, ángulos, etc.-
33. Deberá poseer una estación de trabajo adicional, que deberá poseer al menos las siguientes características:
 - Deberá contar con un monitor de visualización de pantalla plana LCD o LED color y tamaño no inferior a las 19".-
 - Funciones de impresión de película, funciones de cine, zoom, rotación, simetría de imágenes, anotaciones, mediciones de densidad, longitudes, ángulos, etc.-
 - Reconstrucción multiplanar (MPR).-
 - Imagen de proyecciones de máxima intensidad (MIP).-
 - Imagen de proyección de mínima intensidad (Min-IP).-
 - Reconstrucción en 3 D.-
 - Diferentes medios de extracción de estudios como DVD, USB.-
 - Software colonoscopia virtual.-
 - Software de análisis de nódulos pulmonares.-
 - Software de densidad pulmonar.-
 - Software para aplicaciones dentales.-
 - Software de análisis de columna vertebral.-
 - Deberá incluir mobiliario necesario para la estación de trabajo.-
34. Bomba inyectora de medio de contraste de cabezal simple.-
35. Sistema ininterrumpido de energía (UPS) para la protección y alimentación de la consola y otro para el puesto de trabajo en caso de fallos eléctricos. Deberá suministrar energía a los subsistemas por al menos 15 minutos luego de una corte de energía.-
36. Deberá proporcionar un sistema de acceso remoto, el cual permita realizar mantenimiento preventivo, correctivo y monitoreo de los equipos, con el objeto de reducir los tiempos de espera y mantener la performance de los Sistemas.-
37. Blindaje plomado de 30 m2, incluyendo paredes, vidrios y puertas.-
38. Equipo de aire acondicionado para la refrigeración del ambiente acorde a las necesidades del ambiente.-
39. Tanto la consola como la estación de trabajo adicional deberán contar con todo el software y hardware completo para su correcta utilización, contando con todas las licencias originales. Se deberá entregar los manuales del

- 40. usuario en español, así como los fantomas y herramientas necesarias para el control de la calidad de imagen.-
- 41. El equipo ofertado deberá entregarse con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de uso, anclaje o fijación necesario para un total y correcto funcionamiento.-
- 42. Instalación de tomógrafo junto con blindaje de paredes, vidrios y puertas plomadas.-

CONDICIÓN DE OFERTA EXCLUYENTES.-

- 43. Se considerará el inicio de la garantía una vez instalado el TC y deberá ser de al menos 12 meses.-
- 43. Durante el periodo de garantía, si el equipo presenta una falla, se deberá asistir de forma remota o presencial de ser necesario. Dicha asistencia debe ser dentro de las 24 hs de reportada la falla. Si fuera necesario la adquisición de algún repuesto para su reparación, tanto el repuesto como los gastos relativos al mismo estarán a cargo del proveedor.-
- 44 En caso de que el equipo quede fuera de funcionamiento por un tiempo determinado, eses tiempo será adicionado a lo que dure la garantía.-
- 45 Se realizará una capacitación de uso del TC y demás elementos, a los técnicos radiólogos y personal que designe la institución, de al menos una semana in situ con un refuerzo a los 3 meses de la puesta en marcha del equipo de por lo menos una semana más, que podrá ser in situ o virtual de acuerdo a la necesidad del personal.-
- 46 Se deberá especificar el año de comienzo de fabricación del TC y garantizar la provisión de repuestos de por lo menos 10 años a partir de la entrega.-
- 47 También se deberá informar el valor estimado del tubo, al momento de la cotización, garantía y duración del mismo en cantidad de disparos o scanseg dependiendo del caso.-
- 48 Se deberá incluir un presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo de por lo menos 1 año de terminada la garantía del equipo.-
- 49 Todo el equipamiento y accesorio ofertados deberá ser nuevos, sin uso y no deberá estar discontinuada su fabricación.-
- 50 Enunciar un listado de instituciones donde se encuentre el mismo equipo y contactos para poder comunicarnos y/o visitarlos.-
- 51 Todos los costos de traslados, montaje, instalación, calibración, puesta en marcha y todas las tareas necesarias para que el equipo quede funcionando óptimamente deberán ser incluidos en la cotización.-